

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง  
สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล  
และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง**

**๑. ความเป็นมา**

ตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง งบประมาณดำเนินการ ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

**๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและไว้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสินค้าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

/สำหรับ...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

##### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็กกะทัดรัด มีหูหิ้ว น้ำหนักเบา มีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่และแผ่น Pad ไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม รองรับการใช้งานสำหรับเด็ก ๕๐ จูล และสำหรับผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ จูล

๔.๑.๒ มีช่องสำหรับเก็บแผ่น Pads เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

๔.๑.๓ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Manganese Dioxide หรือดีกว่า

๔.๑.๔ ตัวเครื่องสามารถทำงาน ให้คำแนะนำในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการทำ CPR ของ AHA Guideline ๒๐๒๐ หรือดีกว่า

๔.๑.๕ ได้มาตรฐานความปลอดภัย IEC หรือ EN หรือ ISO เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๖ มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

## ๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๒.๑ ใช้รูปคลื่นในการกระตุ้นหัวใจแบบ Biphasic Truncated Exponential หรือดีกว่า
- ๔.๒.๒ เครื่องสามารถตรวจสอบความต้านทานของผู้ป่วยได้
- ๔.๒.๓ เครื่องสามารถทำการวิเคราะห์ความผิดปกติที่ต้องการกระตุ้นหัวใจ (Arrhythmia Analysis) ได้
- ๔.๒.๔ เครื่องสามารถปรับระดับรูปคลื่นพลังงานตามความต้านทานของผู้ป่วยได้
- ๔.๒.๕ เครื่องสามารถใช้งานร่วมกับแผ่นนำไฟฟ้าแบบใช้ครั้งเดียวได้
- ๔.๒.๖ มีปุ่มสำหรับเลือกเสียงพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
- ๔.๒.๗ เครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องได้โดยอัตโนมัติในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง
- ๔.๒.๘ เครื่องสามารถทำการกระตุ้นหัวใจได้ ๑๘๐ ครั้งหรือมากกว่า ต่อแบตเตอรี่ ๑ ชุด
- ๔.๒.๙ เครื่องสามารถถ่ายโอนข้อมูลของผู้ป่วยสู่อุปกรณ์ภายนอกได้
- ๔.๒.๑๐ ตู้ AED เป็นแบบตั้งพื้นมีจอแสดงผล มีคุณลักษณะดังนี้
  - ขนาดตู้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ x กว้าง ๓๕ x ลึก ๒๐ เซนติเมตร
  - ตัวตู้ทำจากเหล็กขึ้นรูป พ่นสีขาว เคลือบน้ำยากันสนิม
  - ALARM มีเสียงเตือนดังอย่างน้อย ๑๐๐ dB หากมีการเปิดใช้งาน
  - มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมภาพและเสียง
  - ตัวหนังสือ AED ทำจากวัสดุสะท้อนแสงสีแดง
  - ช่องเก็บเครื่อง AED สามารถเปิดปิดและล็อกกุญแจได้
  - ตัวฐานตู้มีการเจาะรูอย่างน้อย ๔ รู พร้อมน็อต สำหรับการยึดติดกับพื้น
  - สามารถใช้ถ่าน ๙V หรือดีกว่า เพื่อต่อเข้าระบบ Alarm
  - สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อต่อเข้าระบบจอแสดงผล

## ๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- |       |  |             |
|-------|--|-------------|
| ๔.๓.๑ | แผ่นนำไฟฟ้า AED Pads                               | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓.๒ | แบตเตอรี่ชนิด Lithium Manganese Dioxide หรือดีกว่า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓.๓ | กระเป๋าสะพายสำหรับใส่ตัวเครื่อง                    | จำนวน ๑ ใบ  |
| ๔.๓.๔ | คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ            | จำนวน ๑ ชุด |

## ๔.๔ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสนอ ระบุยี่ห้อและรุ่นให้ชัดเจน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงกันตามที่ได้ยื่นไว้ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคา

๔.๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC หรือ EN หรือ ISO จากสถาบันรองรับมาตรฐาน

๔.๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและสามารถดูแลหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการอบรมบริการหลังการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ประกาศและคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่เสนอราคาให้ชัดเจนข้อต่อข้อ โดยใช้ปากกาเน้นข้อความและใส่เลขหมายใน Catalog ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าเครื่องมือผ่านมาตรฐานด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑

๔.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อรับรองว่าช่างผู้ชำนาญการ ได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือสอบเทียบ

#### ๔.๕ เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๔.๕.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. และหนังสือการต่อทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหนังสือรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

อนึ่ง หากในการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๔.๕.๑ และข้อ ๔.๕.๒ ผู้เสนอราคารายนั้นจะได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### ๔.๖ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๔.๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

**๔.๘ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

จำนวน ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง

**๔.๙ เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

**๔.๑๐ อัตราค่าปรับ**

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

**๔.๑๑ การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

**๔.๑๒ ราคากลาง**

จำนวน ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางได้มาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับตุลาคม ๒๕๖๘ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ กระตุกไฟฟ้าหัวใจ รหัสครุภัณฑ์ DF-๒ ชื่อรายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมติดตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางชญาพัฒน์ ฤทธิเดช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนริศร์ราพร พงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาววรพิชชา เกษทอง)