

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล
บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง**

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาด เอ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง งบประมาณดำเนินการ ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๒ แห่ง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและไว้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสินค้าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ " กิจการร่วมค้า " ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก กิจการร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ผู้เข้าร่วมค้ำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้ำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

/สำหรับ...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงิน ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ ที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวม ของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่ง ออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งสามารถตรวจได้ครบมาตรฐานทั้ง ๑๒ ลีด (LEADS) พร้อมวิเคราะห์ผล

๔.๑.๒ มีจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๘๐๐ จุด เป็นแบบจอสัมผัส (Touch Screen)

๔.๑.๓ ใช้ไฟ AC ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ และมีแบตเตอรี่ที่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (Rechargeable) บรรจุอยู่ในเครื่อง ชนิด Li-Ion ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ mAh สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง

๔.๑.๔ ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Android

๔.๑.๕ รองรับระบบส่งข้อมูลระยะไกลทาง Cloud ผ่าน Software ได้

/๔.๑.๖ สามารถ...

- ๔.๑.๖ สามารถปิดหน้าจอซ้าย - ขวา เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้
- ๔.๑.๗ มีรูปภาพแนะนำประกอบการติด Electrode แสดงที่หน้าจอได้
- ๔.๑.๘ ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้
- ๔.๑.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน CE, ISO๙๐๐๑, ISO๑๓๔๘๕

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒.๑ ภาครับสัญญาณและประมวลผล

- (๑) มีระบบ Pacemaker Analysis แบบอัตโนมัติที่ความถี่ ๘๐ kHz และสัญญาณต่ำสุดที่ $30\mu s$, $500\mu V$.
- (๒) มีวงจรป้องกันสัญญาณรบกวน (FILTER) AC, EMG, DFT(Baseline), Low pass เป็นอย่างน้อย
- (๓) สามารถปรับขนาดของรูปคลื่น (Sensitivity/Gain) ได้ ดังนี้ ๑.๒๕, ๒.๕, ๕, ๑๐, ๒๐, ๑๐/๕ และ AGC มิลลิเมตรต่อมิลลิโวลต์
- (๔) ตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ในช่วง ๐.๐๑ ถึง ๓๕๐ เฮิรต เป็นอย่างน้อย
- (๕) มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสู่คนไข้ (NC) ไม่มากกว่า ๑๐ ไมโครแอมแปร์
- (๖) มีระบบกำจัดสัญญาณรบกวน (CMRR) ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ เดซิเบล และมีค่าความต้านทานขาเข้า (Input impedance) ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมกกะโอห์ม
- (๗) มีระบบการประมวลผลแบบ A/D converter ๒๔ บิต
- (๘) มี Sampling frequency ไม่น้อยกว่า ๖๔,๐๐๐/sec/channel

๔.๒.๒ ภาควิพิมพ์ข้อมูล (Record)

- (๑) ใช้ระบบบันทึกแบบ Thermal dot-matrix recorder
- (๒) สามารถเลือกความเร็วในการพิมพ์ข้อมูลได้
- (๓) ใช้กระดาษบันทึกที่มีความกว้างขนาด ๒๑๐ มิลลิเมตร และรองรับการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพรินเตอร์ภายนอกสำหรับกระดาษ A๔ โดยผ่าน WIFI ได้

๔.๒.๓ ภาควัเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ (Memory and Connection)

- (๑) สามารถบันทึกและแสดงข้อมูลย้อนหลังลงในตัวเครื่องได้
- (๒) สามารถบันทึกข้อมูลลง USB Disk และ SD Card ได้
- (๓) สามารถแปลงรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้อยู่ในรูปแบบ PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG, TIFF ได้
- (๔) สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย LAN และ WI-FI ได้
- (๕) รองรับการส่งข้อมูล Protocol FTP, DICOM ได้

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๓.๑	กระดาษบันทึก	จำนวน ๑	พับ
๔.๓.๒	CHEST ELECTRODE	จำนวน ๖	ชิ้น
๔.๓.๓	Limb Lead Electrode	จำนวน ๔	ชิ้น
๔.๓.๔	AC POWER CORD	จำนวน ๑	เส้น
๔.๓.๕	ECG Patient Cable	จำนวน ๑	ชุด
๔.๓.๖	รถเข็น Roll Stand	จำนวน ๑	คัน
๔.๓.๗	คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ	จำนวน ๑	ฉบับ
๔.๓.๘	คู่มือการใช้งานภาษาไทย	จำนวน ๑	ฉบับ

๔.๔ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสนอ ระบุยี่ห้อและรุ่นให้ชัดเจน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงกันตามที่ได้ยื่นไว้ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคา

๔.๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ (ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕) และ มตช. ๑๓๔๘๕-๒๕๖๒ (ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๖) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมมูลนิธิ (MASCI) สำหรับขอข้อยกเว้น “ผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และบำรุงรักษาสำหรับเครื่องมือแพทย์” เพื่อรองรับบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

๔.๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการนำเข้า เป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและสามารถดูแลหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการอบรมบริการหลังการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ประกาศและคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่เสนอราคาให้ชัดเจนข้อต่อข้อ โดยใช้ปากกาเน้นข้อความและใส่เลขหมายใน Catalog ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าเครื่องมือที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑ และจะต้องยื่นเอกสารสำคัญเพื่อรับรองว่าช่างชำนาญการได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือทดสอบ

๔.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารใบสอบเทียบโดยช่างผู้ชำนาญการ และจะต้องยื่นเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองว่าช่างผู้ชำนาญการได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือสอบเทียบ

๔.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าเครื่องมือสอบเทียบได้รับการรับรองความแม่นยำจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๕ เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๔.๕.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. และหนังสือการต่อทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

/๔.๕.๒ หากผู้ยื่น...

๔.๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหนังสือรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

อนึ่ง หากในการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๔.๕.๑ และข้อ ๔.๕.๒ ผู้เสนอราคาผู้นั้นจะได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๔.๖ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๘ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาด เอ๔ จำนวน ๑๒ เครื่อง

๔.๙ งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๑๐ อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๔.๑๑ การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง


ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


๔.๑๒ ราคากลาง

จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลางได้มาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับตุลาคม ๒๕๖๘ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รหัสครุภัณฑ์ ME-๕ ชื่อรายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ ๔ ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางชญาพัฒน์ ฤทธิเดช)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนริศร์ราพร พงษ์สุวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววรพิชชา เกษทอง)