

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล
และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง**

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง งบประมาณดำเนินการ ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและไว้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายสินค้าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

/สำหรับ...

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็กกะทัดรัด มีหูหิ้ว น้ำหนักเบา มีน้ำหนักรวมแบตเตอรี่และแผ่น Pad ไม่เกิน ๒.๕ กิโลกรัม

(๑) ตัวเครื่องมีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ และมีปุ่มสำหรับปล่อยพลังงานไฟฟ้า

(๒) ตัวเครื่องสามารถปล่อยพลังงานไฟฟ้าได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานไฟฟ้า

ที่เหมาะสมสำหรับเด็กไม่น้อยกว่า ๕๐ จูล และสำหรับผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ จูล

(๓) ตัวเครื่องพร้อมทำการปล่อยพลังงานไฟฟ้า ภายหลังจากเริ่มวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที

(๔) ตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(๕) ตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

(๖) ตัวเครื่องมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

/๔.๑.๒ มีช่อง...

- ๔.๑.๒ มีช่องสำหรับเก็บแผ่น Pads เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน
- ๔.๑.๓ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ชนิด Lithium Manganese Dioxide หรือดีกว่า
- ๔.๑.๔ ตัวเครื่องสามารถทำงาน ให้คำแนะนำในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการทำ CPR ของ AHA Guideline ๒๐๒๐ หรือดีกว่า

๔.๑.๕ ได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ หรือ CE เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๖ มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ใช้รูปคลื่นในการกระตุ้นหัวใจแบบ Biphasic Truncated Exponential และสามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและระบุภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่จำเป็นต้องช็อกไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ ทั้งภาวะ Ventricular fibrillation (VF) และ Pulseless Ventricular tachycardia (pVT)

๔.๒.๒ แผ่นนำไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

๔.๒.๓ ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงสถานะความพร้อมของเครื่อง

๔.๒.๔ เครื่องมีปุ่มสำหรับการ Shock ผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ โดยก่อนทำการ Shock จะมีเสียงแจ้งเตือนนับถอยหลังให้ผู้ช่วยเหลือถอยห่างออกไป

๔.๒.๕ พลังงานในการกระตุ้นหัวใจในโหมดผู้ใหญ่มี ๒๐๐ , ๓๐๐ และ ๓๖๐ จูลส์ ตามลำดับ

๔.๒.๖ พลังงานในการกระตุ้นหัวใจในโหมดเด็กมี ๕๐ , ๗๐ และ ๑๐๐ จูลส์ ตามลำดับ

๔.๒.๗ ใช้เวลาในการชาร์จที่ ๒๐๐ จูลส์ ในช่วงเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗ วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

๔.๒.๘ ใช้เวลาในการชาร์จที่ ๓๖๐ จูลส์ ในช่วงเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

๔.๒.๙ เครื่องสามารถเก็บข้อมูลกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจและบันทึกเหตุการณ์ พร้อมข้อมูล CPR ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

๔.๒.๑๐ ตู้ AED เป็นแบบตั้งพื้นมีจอแสดงผล มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดตู้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓๐ x กว้าง ๓๕ x ลึก ๒๐ เซนติเมตร
- ตัวตู้ทำจากเหล็กขึ้นรูป พ่นสีขาว เคลือบน้ำยากันสนิม
- ALARM มีเสียงเตือนดังอย่างน้อย ๑๐๐ dB หากมีการเปิดใช้งาน
- มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมภาพและเสียง
- ตัวหนังสือ AED ทำจากวัสดุสะท้อนแสงสีแดง
- ช่องเก็บเครื่อง AED สามารถเปิดปิดและล็อกกุญแจได้
- ตัวฐานตู้มีการเจาะรูอย่างน้อย ๔ รู พร้อมน็อต สำหรับการยึดติดกับพื้น
- สามารถใช้ถ่าน ๙V หรือดีกว่า เพื่อต่อเข้าระบบ Alarm
- สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อต่อเข้าระบบจอแสดงผล

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|-------------|
| ๔.๓.๑ แผ่นนำไฟฟ้า AED Pads | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓.๒ แบตเตอรี่ชนิด Lithium Manganese Dioxide หรือดีกว่า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓.๓ กระเปาะสพวยสำหรับใส่ตัวเครื่อง | จำนวน ๑ ใบ |
| ๔.๓.๔ คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | จำนวน ๑ ชุด |

๔.๔ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและรายละเอียดครุภัณฑ์ที่เสนอ ระบุยี่ห้อและรุ่นให้ชัดเจน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔.๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริง ที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงกันตามที่ได้ยื่นไว้ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการพิจารณาภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา หากผู้เสนอราคาไม่ส่งแคตตาล็อกต้นฉบับตัวจริง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตามระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคา

๔.๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC หรือ EN หรือ ISO จากสถาบันรองรับมาตรฐาน

๔.๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมและสามารถดูแลหลังการขายจากบริษัทผู้ผลิตและหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการอบรมบริการหลังการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่ประกาศและคุณลักษณะเฉพาะของรายการที่เสนอราคาให้ชัดเจนข้อต่อข้อ โดยใช้ปากกาเน้นข้อความและใส่เลขหมายใน Catalog ณ วันเสนอราคา

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองว่าเครื่องมือผ่านมาตรฐานด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑

๔.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารเพื่อรับรองว่าช่างผู้ชำนาญการ ได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือสอบเทียบ

๔.๕ เงื่อนไข ข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๔.๕.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. และหนังสือการต่อทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

๔.๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหนังสือรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเสนอราคา

/อนึ่ง หาก...

อนึ่ง หากในการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๔.๕.๑ และ ข้อ ๔.๕.๒ ผู้เสนอการายนั้นจะได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๔.๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ หน่วยงานของรัฐ จะจัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๔.๖ กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๗ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๔.๘ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จำนวน ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติพร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๕๓ เครื่อง

๔.๙ งานงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครบถ้วนถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีการอบรมและสาธิตวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องให้กับผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๑๐ อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๔.๑๑ การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๑๒ ราคากลาง

จำนวน ๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางได้มาจากบัญชีรายการครุภัณฑ์ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับตุลาคม ๒๕๖๘ ประเภท ครุภัณฑ์การแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ กระตุกหัวใจไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ DF-๒ ชื่อรายการ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง

((ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางชญาพัฒน์ ฤทธิเดช)

((ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวนริศร์ราพร พงษ์สุวรรณ)

((ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาววรพิชชา เกษทอง)