

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องฟันช่วยเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ ระบบนิวส์ทัวออร์เตอร์เมสไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน).....
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท เจ ที เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด.....
- ๕.๑ บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน).....
- ๕.๓ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด.....
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นางสาวสุประวีณ์ สววงษ์.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางกนกพร จตุพรรัตน์พันธ์.....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ
- ๖.๓ นายไตรภพ วงษ์ปลั่ง.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน.....กรรมการ

ร่างกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ
ระบบนิวส์ทิวเวอร์เตอร์เบสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

กองสาธารณสุข มีความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ ระบบนิวส์ทิวเวอร์เตอร์เบสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อในอากาศและบริเวณพื้นผิวในท้องปฏิบัติงานและ รพพยาบาล

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุหรือปรากฏไว้ว่าขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันแล้ว

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ สามารถฆ่าเชื้อ MRSA, clostridium difficile, mycobacterium , candida , aspergillus, HIV, SRAS, H5N1, H1N1
- ๑.๒ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อทำงานโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน
- ๑.๓ ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๔ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นต่ำปลอดภัยต่อผู้ใช้งานผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๕ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

/ (๒) คุณลักษณะ...

(๒) คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

- ๒.๑ ตัวเครื่องทำจากวัสดุป้องกันสนิมและการกัดกร่อน มีช่องสำหรับใส่น้ำยาฆ่าเชื้ออยู่บริเวณด้านหน้าเครื่อง
- ๒.๒ ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม และมีหูหิ้วสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๒.๓ มีปุ่มเปิดเปิดเพื่อการควบคุมการทำงานของเครื่อง
- ๒.๔ มีปุ่มเลื่อนขึ้นลงสำหรับปรับตั้งขนาดพื้นที่และเวลาในตัวเดียวกันที่การพ่นฆ่าเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 350 m³
- ๒.๕ มีอัตราการเฉลี่ยปริมาณการพ่นได้ไม่น้อยกว่า 350 ml/h
- ๒.๖ มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำยาไม่น้อยกว่า 3 ml/m³
- ๒.๗ ใช้น้ำยาออกเตอร์เบสไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 12 % (EC=231-765- 0/CAS =7722-84-1 hydrogen peroxide solution) ในการฆ่าเชื้อ
- ๒.๘ มีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพระดับการฆ่าเชื้อด้วยแถบบ่งชี้ทางเคมี ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ คือ
 - ๒.๘.๑ ระดับความเข้มข้น 100 %
 - ๒.๘.๒ ระดับความเข้มข้น 90 %
 - ๒.๘.๓ ระดับความเข้มข้น 50 %
 - ๒.๘.๔ ระดับความเข้มข้น 3 ppm
- ๒.๙ ภายหลังการฆ่าเชื้อสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันที

(๓) ระบบความปลอดภัย

ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

(๔) อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๔.๑ น้ำยาทำลายเชื้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ขวด
- ๔.๒ แถบตรวจสอบบ่งชี้ทางเคมี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แถบ

(๕) เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองช่างผู้ชำนาญการที่สามารถดูแลรักษาเครื่องได้จากบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๒ เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๕.๔ รับประกันคุณภาพการใช้งาน ๑ ปี
- ๕.๕ ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้เครื่อง และอบรมบำรุงรักษาเครื่องให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

๕. ค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบของไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (๐.๒๐ %) ของราคาสิ่งของทั้งหมด นับถัดจากวันที่ครบกำหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

๖. กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๕. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

๖. เงินงบประมาณ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อฯ ครั้งนี้เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๗. ราคาากลาง

กำหนดราคาากลางไว้เป็นเงินจำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัท ดังนี้

- ๑.บริษัท เจ ที เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ๒.บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน)
- ๓.บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด

๘.เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อได้รับพัสดุที่ได้จัดซื้อครบถ้วนและถูกต้องแล้ว




๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. ผู้รับผิดชอบงาน หรือ โครงการ และสถานที่ติดต่อ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ

| | | |
|----------|---|---------------|
| (ลงชื่อ) |  | ประธานกรรมการ |
| | (นางสาวสุประวิณี สวางษ์) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นางกนกพร จตุพรรัตนะพันธ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| (ลงชื่อ) |  | กรรมการ |
| | (นายไตรภพ วงษ์ปลั่ง) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | |